



171520115642

副本



# 检验检测报告

NO. JY22011204HJ

样品类型:	废水
委托单位:	山东济宁盛发焦化有限公司
检测类别:	委托检测



山东嘉源检测技术股份有限公司

Shandong Cayon Testing Technology CO.,LTD



## 山东嘉源检测技术股份有限公司

## 检验检测报告

## 一、基础信息

委托单位	名称	山东济宁盛发焦化有限公司		
	地址	济宁市鱼台县张黄化工产业园武张公路东、滨湖四路北		
	联系人	周小弟	电话	13696826575
检测日期	2022-11-30~2022-12-05			
评价标准	--			
评价结论	不予评价			
备注	委托单位送样			

## 二、检测内容

类别	样品名称	样品数	检测指标	样品描述
废水	DW001 (酚氰水处理进口)	2	多环芳烃、苯并[a]芘	红棕色、浑浊、液体
	DW001 (酚氰水处理出口)			浅黄色、轻浊、液体
备注	客户自采样时间:2022.11.29, 样品接收时间:2022.11.30, 常温保存, 塑料桶 2 桶 3500mL/桶。 根据样品保存方法标准要求, 样品检测结果可能产生一定偏离。			

## 三、检测方法及仪器

类别	检测项目	检测方法及依据	所用仪器及编号	检出限	单位
废水	多环芳烃	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	UltiMate 3000 高效液相色谱仪 A-2005-ZX738	--	μg/L
	苯并[a]芘			0.004	

## 四、检测结果

接样时间	样品名称	样品编码	检测项目	
			苯并[a]芘 (μg/L)	多环芳烃 (μg/L)
2022-11-30	DW001 (酚氰水处理出口)	FS221130004	ND	0.368
	DW001 (酚氰水处理进口)	FS221130005	19.9	162
备注			ND 表示未检出	

——报告结束——

编制:

盛源源

审核:

李庆丽

批准:

徐艳娇

签发日期: 2022年12月07日

检验检测专用章

检验检测专用章

# 报 告 说 明

- 1、报告无加盖本公司“检验检测专用章”和 CMA 专用章，骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告或者本报告的部分内容；复印报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”和 CMA 专用章或签字无效。
- 4、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 5、本报告只对本次所收样品或本次检测负责。对送检样品，样品信息有委托方声称，本公司不对其真实性负责。测试条件和工况变化大的样品、无法保存汇入复现的样品，本公司仅对本次所采样的检测数据负责。
- 6、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告七日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 8、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期为六年。
- 9、加“#”号为分包项目。

检测单位地址：山东省济宁市太白楼西路 18 号

电 话：400-0537-798 0537-2631866

传 真：0537-2616288

邮政编码：272000

